

# 新泰市人民医院

## 医疗设备配件自行采购项目 公告

### 一、采购项目编号及项目名称：

妇科门诊手术室用妇科检查镜及电切镜配件1 套

### 二、采购范围及项目介绍：

根据医院领导班子研究决定，妇科门诊手术室用妇科检查镜及电切镜配件1 套，具体参数如下：

#### 一、妇科检查镜 1根

- 1、PANOVIEW内窥镜，30度，直径4mm
- 2、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。
- 3、无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。
- 4、金属外壳，卡扣型卡口，操控性好。
- 5、超广角，观察到的视野范围更广阔，超出传统镜30 %视野。
- 6、可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。

二、24Fr连续性冲洗外鞘1个，22Fr连续性冲洗内鞘1个，22Fr闭孔器1个

三、26Fr连续性冲洗外鞘1个，24Fr连续性冲洗内鞘1个，24Fr闭孔器1个

四、电极电切手件 2个

五、电切镜配件均能与院内原有电切镜配套使用

### 三、参与资格要求：

- 1、供应商的要求及在采购会议当天需提供的资料文件一式三份
- 2、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企
- 3、参会供应商应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：
- 4、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本，必须经过有效年检）或有效的三证合一证件；
- 5、如有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证，需提供副本复印件并加盖公章；
- 6、如是医疗器械，提供医疗器械产品注册证和注册登记表（必须在供货期内保持有效）；
- 7、如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。  
如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；
- 8、经办人授权委托书（原件），法人、经办人身份证复印件；
- 9、所投产品彩页。
- 10、参会供应商应承诺能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。如成交后不能满足采购方需求，直接影响医院工作，且造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。
- 11、以上所有资料文件需装订成册

**四、本次采购项目预算控制价人民币 25万元，以实际中标价格为交钥匙项目，医院方不再另出费用，且满足医院方需求为最终验收标准。**

### 五、采购方式说明：

- 1、我院根据供应商推荐的产品，在满足需求和预算要求的条件下，综合评定产品的性能、价格，供应商业绩及售后服务情况，评选出中标供应商，采购结果不予公示；如采购结束后有特殊情况需再度议价届时将另行通知相关事宜。



